



1. Общая информация

Пожалуйста, внимательно прочтите руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с работой инструмента до того, как приступите к его непосредственному использованию. Сохраните данную документацию, чтобы обратиться к ней в случае необходимости.

2. Описание продукта



Гарантия и сервис ООО Лифт тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua

5. Технические данные

Параметр	Значение
Диапазон измерений	-25 до +250°C
Разрешение	0,1 °C при -9,9 до +199,9 °C, 1 °C в остав. диап.
Погрешность	±3°C при -25 до -21 °C ±2°C при -20 до -1 °C ±1 °C при -2 до +40 °C ±1,5 °C при +40,1 до +150,0 °C ±2% от изм. при +150,1 до +250°C
Быстроотклик	<1 с
Коэффициент излучения	0,95 фиксированный
Оптика	1 : 1* (расстояние : точка замера)
Рабочая температура	+0 до +50°C
Температура хранения	-20 до +65°C
Питание	1 x батарейка типа CR2032
Ресурс батареи	40 h (стандартно)
Корпус	ABS, PMMA
Класс защиты	С чехлом TopSafe: IP67
Размеры	80 x 31 x 19 mm (без чехла TopSafe) 89x33x19mm (с чехлом TopSafe)
CE, директивы	89/336/EEC
Гарантия	2 года

* Диаметр отверстия сенсора (бмм).

6. Подготовка к работе

- 1 Откройте отsek для батареи: Поверните крышку отсека против часовой стрелки.
- 2 Удалите защитную полоску.
- 3 Закройте отsek для батареи: Поверните по часовой стрелке.
- Инструмент готов к работе.

3. Информация по безопасности

- ⚠ Избегайте опасности удара электрическим током:
- Соблюдайте безопасную дистанцию при измерениях на частях находящихся под напряжением!
- ⚠ Безопасность продукта/предотвращение гарантийных случаев:
- Всегда используйте инструмент по назначению и внутри обозначенных параметров. Не применяйте силу.
 - Не подвергайте воздействию электромагнитного излучения(напр. микроволновой печи, индуктивного отопительной системы, статического заряда, жара или экстремальных колебаний температуры).
 - Не храните вместе с растворителями (например ацетоном).
 - Запрещено вскрывать корпус прибора и зонда, проводить ремонт и замену элементов, если это не оговорено в настоящем руководстве.
 - Утилизация
 - Утилизируйте отработанные батарейки/аккумуляторы только в специально предназначенных для этого местах.
 - Для безопасной утилизации, отправляйте старые/использованные приборы и зонды производителю Testo, мы позаботимся об их утилизации.

4. Область применения

testo 805 компактный инфракрасный термометр для измерения поверхностной температуры.
www.testo.kiev.ua



7. Работа с прибором

7.1 Включение/выключение (On/Off)

- Включите инструмент: нажмите .
- Символ заряда батареи и единицы измерения температуры высвечиваются.

Термометр автоматически отключается через приблизительно 15 с если все кнопки управления не активизируются.

7.2 Измерения

- ! Ознакомьтесь с важной информацией относительно проведения инфракрасных измерений

Инструмент включен.

Проведение точечных измерений

- Определите объект для проведения измерений и проведите замер: .

Отображается измеренное значение.

Проведение сканирующих замеров

- Отпределите объект для проведения замера и активируйте сканирование: Удерживайте кнопку нажатой.
- Сканирование продолжается до тех пор пока кнопка удерживается нажатой (1 замер в секунду). Отображается минимальное измеренное при сканировании значение.

Определение минимальной температуры сканирования

- 1 Активируйте функцию MIN : -->
- MIN высвечивается.
- 2 Отпределите объект для проведения замера и активируйте сканирование: Удерживайте кнопку нажатой.
- Сканирование продолжается до тех пор пока кнопка удерживается нажатой (1 замер в секунду). Отображается минимальное измеренное при сканировании значение.

3 Выключение функции определения минимальной температуры сканирования MIN :

Определение максимальной температуры сканирования

- 1 Активация функции MAX : 2x -->
- MAX высвечивается.
- 2 Определите объект для проведения замера и активируйте сканирование: Удерживайте кнопку нажатой.
- Сканирование продолжается до тех пор пока кнопка удерживается нажатой (1 замер в секунду). Отображается максимальное измеренное при сканировании значение.
- 3 Выключение функции MAX :

Проведение автоматических сканирующих замеров

- 1 Включите функцию LOCK : 3x -->
- LOCK высвечивается. Сканирование начинается автоматически(1 замер в секунду).
- 2 Выключение функции:

Автоматическое отключение инструмента деактивирует функцию LOCK.

7.3 Смена единиц измерения

Инструмент включен.

- 1 Активация функции : 4x

- Мигает единица измерения температуры.
- 2 Смена единицы измерения температуры:

8. Сервис и обслуживание

8.1 Смена батареи

- 1 Откройте отsek для батареи: Поверните крышку в направление против часовой стрелки.

- 2 Смените использованную батарею (Тип CR2032) так, чтобы символ (+) был видим.

- 3 Закройте отsek для батареи: поверните крышку отсека по часовой стрелке.

8.2 Очистка инструмента

Не используйте абразивные моющие средства или растворы.

- Протрите корпус прибора тряпкой. Чехол TopSafe может мыться в посудомоечной машине.
- Очистка зоны сенсора окна проводиться аккуратно, с помощью смоченной в воде или в спирте куска хлопчатобумажной ткани.

9. Вопросы и Ответы

Отображается	Возможные причины	Возможное решение
	Батарея почти разряжена, отсыавший заряд прибл. 10ч.	подготовьте запасную батарею.
	Батарея полностью разряжена	Смените батарею.
Инструмент не включается	Батарея полностью разряжена	Смените батарею.
	Температура измеряемого объекта находится вне диапазона измерений.	-
	Большие колебания температуры окр. среды	-
	Температура окр. среды за пределами диапазона рабочих температур.	-
	удалите батарею прибл. на 1 мин и вставьте обратно. Если сообщение на дисплее повторяется: Свяжитесь с ближайшим дилером или сервисным центром Testo's.	удалите батарею прибл. на 1 мин и вставьте обратно. Если сообщение на дисплее повторяется: Свяжитесь с ближайшим дилером или сервисным центром Testo's.

Если Вы не получили ответ на Ваш вопрос пожалуйста свяжитесь с ближайшим дилером Testo.

10. Информация об инфракрасных измерениях

10.1 Измерительный метод

Инфракрасный метод измерения является оптическим методом

- Следите за тем, что зона сенсора была чистой. Гарантия и сервис ООО Лифт
- Не проводите измерения если зона сенсора запотела.
- Сохраните область замера (зону между инструментом и объектом) свободной от препятствий: без пыли или грязи, без влажности/дождя, пар или газов.

Инфракрасные измерения являются измерениями поверхностной температуры

- В случае присутствия пыли, грязи, иней и т.п. на поверхности, только температура верхнего слоя будет измерена, например грязи.
- В случае измерения температуры упакованных продуктов, не измеряйте в воздушных пакетах.

- В случае если измеренное значение является критичным, всегда используйте, в качестве относительного, контактное измерение. В пищевом секторе витрения температура продуктов должна измеряться погружным/проникающим зондом.

10.2 Излучение

Материалы имеют различных коэффициент излучения, то есть они выделяют различный уровень электромагнитного излучения. Коэффициент излучения testo 805 фиксирован на значении 0,95. Это идеальное значение для измерения не металлических поверхностей, пластика и пищевых продуктов (бумага, керамика, штукатурка, древесина, краска , лак).

Блестящие металлы и окиси металлов подходят только для ограниченного ряда инфракрасных измерений в соответствии с их низкой или неоднородной способностью к излучению.

- Для улучшения излучения применяйте дополнительные покрытия такие как лак или адгезивные полоски (Номер заказа 0554 0051) для измерения на объекте. Если это невозможно: измеряйте с помощью контактного термометра.

- 10.3 Точка замера, Расстояние**
тел: 044 501-40-10, 501-40-44, info@testo.kiev.ua www.testo.kiev.ua
Специфическая точка определяется в зависимости от расстояния между измерительным инструментом и объектом. testo 805 имеет оптическое разрешение 1 : 1. Диаметр точки такой же, как расстояние до объекта + диаметр отверстия сенсора (бмм).

Примеры:

Расстояние до объекта	Диаметр точки
1см	1 + 0,6см = 1,6см
10см	10 + 0,6см = 10,6см
20см	20 + 0,6см = 20,6см